



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Τηλ./Fax: +302610969875,6, Κιν: 6945336243	 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ <small>UNIVERSITY OF PATRAS</small>	HELLENIC REPUBLIC UNIVERSITY OF PATRAS MEDICAL SCHOOL DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH Environmental Microbiology Unit Τηλ./Fax: +302610969875,6, Mob: 6945336243	Ε 15-1 Έκδοση Αναθεώρηση: 1.1 Ημ/νια Έκδοσης/Αναθεώρησης: 20/3/2013
---	---	---	---

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Φορέας: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	Α.Π. Παραγγελίας: 1233			Ημ/νια δειγ/ψίας: 9/5/2016			Ημ/νια έκδοσης Απ.: 13/5/2016				
Είδος δείγματος: ΝΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ	Ημ/νια παραλαβής: 10/5/2016			Ημ/νια ανάλυσης: 10/5/2016			Α.Π: 9063				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Όρια*			ΤΣΑΟΥΣΗ	ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ					
Α/Α πρωτ. Αναλύσεων		ΕΞ.Π.	Κ.Π.	ΕΠ.Π.	Α9989	Α9990					
Ολικά κολοβακτηριοειδή (ISO 9308-01:2014)*	CFU/100ml				100	38					
E. coli (ISO 9308-01:2014)*	CFU/100ml	250	500	500	17	Εκτιμώμενος πληθυσμός:7					
Εντερόκοκκοι (ISO 7899-02:2000)*	CFU/100ml	100	200	185	102	Εκτιμώμενος πληθυσμός:4					
* Διαπιστευμένες αναλύσεις από τον ΕΣΥΔ (σύμφωνα με το πρότυπο 17025) (αρ. πιστοπ. 550-2)											Ο Τεχνικός Υπεύθυνος  Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής
[‡] Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/26-2-2009), ΕΞ.Π: Εξαιρετικής Ποιότητας, Κ.Π: Καλής Ποιότητας, ΕΠ.Π: Επαρκούς Ποιότητας											
Παρατηρήσεις: 1. Η ημερομηνία, η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη. 2. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού 3. Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, και μόνο σε πλήρη μορφή											